

PROCESSO SELETIVO Nº 05/2026	Requisição de Proposta (RFP) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – SADT
---	--

Uruaçu/GO, 14 de julho de 2026.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Solicitante: VITTARE GESTÃO DE SAÚDE E IMAGEM LTDA.

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento torna público aos interessados que o Processo Seletivo RFP Nº 05/2026, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada em Implantação, Gestão e Operação do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico- SADT, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas junto ao Hospital Estadual do Centro Norte Goiano - HCN, apresenta resposta ao Pedido de Esclarecimentos apresentado na presente RFP conforme segue:

“1. Solicitamos confirmação expressa de que a obrigação de manutenção do item 2.8 aplica-se exclusivamente aos equipamentos relacionados na Tabela 3 do Anexo II (equipamentos locados pela CONTRATADA), não se estendendo a equipamentos de diagnóstico já existentes e de propriedade do hospital (por exemplo, tomógrafo e ressonância magnética) utilizados exclusivamente para fins de emissão de laudo à distância pela CONTRATADA, nos termos do item 2.3.”

RESPOSTA: A obrigação de manutenção e fornecimento de peças e acessórios restringe-se aos equipamentos a serem locados ou disponibilizados pela empresa contratada, conforme item 2.7 do Termo de Referência da RFP.

“2. As manutenções (preventivas, corretivas e peças) dos equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE, são de responsabilidade da CONTRATANTE. É correto esse entendimento?”

RESPOSTA: A obrigação de manutenção e fornecimento de peças e acessórios restringe-se aos equipamentos a serem locados ou disponibilizados pela empresa contratada, conforme item 2.7 do Termo de Referência da RFP.

Considerando que os esclarecimentos foram prestados no prazo estabelecido na RFP, fica mantida a data estabelecida como prazo final para apresentação das propostas.

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento